



ZAPYTANIE OFERTOWE 19/0399

DOSTAWCA:

DATA WYSTAWIENIA: 2019-02-13

NIP

osoba odp. , ,
fax:

Lp	Nazwa towaru	Jm	Uwagi do poz.	Ilość	Ceny	Termin dostawy
1	Czujnik przepływu masowego powietrza 0,5-25 l/min I: MJ10060P07250 sygnał wyjściowy analogowy 4-20mA, z regulacją przepływu	szt		1 -		
2	Wyświetlacz do czujnika przepływu do montażu tablicowego I: MJ1C001P01000 sygnał wyjściowy 2xPNP oraz analogowy 4-20mA	szt		1 -		
3	Przetwornik ciśnienia do montażu tablicowego I: MJ0Q040P01100 sygnał wyjściowy 1xPNP oraz analogowy 4-20mA przyłącze kątowe fi4, zakres pomiarowy 0-1MPa	szt		1 -		
4	Zawór redukcyjny z filtrem I: MJ09131P01080 zakres regulacji ciśnienia 0.05-0.85 MPa, przyłącze G1/4, filtr 5um	szt		1 -		
5	Manometr kontaktowy fi 63 do montażu tablicowego I: MJ77063P02100 zakres pomiarowy do 1MPa, przyłącze G1/4, gwint zewnętrzny	szt		1 -		
6	Przepływomierz 0,1-1,0 l/min I: MJ10097P02100 przyłącze G1/8, gwint wewnętrzny	szt		1 -		
7	Rotametr z sygnalizatorem, zakres pomiarowy 0,8-8 l/min I: MJ10131P04080 przyłącza G1/4, gwint wewnętrzny	szt		1 -		
8	Manometr do montażu tablicowego fi 63, zakres pomiarowy 0-1MPa I: MJ11063P01100 przyłącze G1/4, gwint zewnętrzny	szt		1 -		
9	Szafka stalowa naścienna (obudowa) 400*300*200 I: RC00100000316 IP66 lub większe	szt		1 -		

Uwagi:

Dotyczy: realizacji projektu innowacyjnego realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPSL.01.02.00-24-0698/16-00 pt. "Opracowanie, komercjalizacja i wdrożenie innowacyjnego uszczelnienia przeznaczonego do turbin wodnych".

Informujemy, że jedynym kryterium oceny oferty jest cena (wpływ 100%), przy czym rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania techniczne wymienione przy każdej pozycji niniejszego zapytania ofertowego.

Wybór dostawcy zostanie dokonany w oparciu o cenę wraz z kosztem transportu do firmy ANGA i ewentualnymi opłatami



ANGA
Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o.

Zamawiający:
ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o.
43-340 Kozy, ul. Wyzwolenia 550
tel. , fax
NIP: 937-00-00-505

Strona 2/2

ZAPYTANIE OFERTOWE 19/0399

celnymi oraz innymi kosztami podanymi przez oferenta w ofercie (pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów technicznych).

Oferent zobowiązany jest dostarczyć aktualną dokumentację produktu, zawierającą przynajmniej kartę materiałową lub DTR w języku polskim, deklarację zgodności CE oraz gwarancję.

Termin składania ofert mija dnia 20.02.2019 o godz. 24:00.

Oferta winna zawierać informację o czasie realizacji dostawy.
Informujemy, że przesłanie oferty nie jest równoznaczne z otrzymaniem zamówienia z naszej strony.

Prosimy o przywołanie naszego numeru zapytania ofertowego na Państwa ofercie.

Istnieje możliwość składania ofert częściowych.

Oferty i wszelkie dodatkowe pytania należy przesyłać na adres e-mail: pkociolek@anga.com.pl .

Piotr Kociołek

.....